




Особенности организации СМК в клинической лаборатории будущего

Десятова Мария Михайловна,
Руководитель отдела менеджмента качества
ГБУЗ «Московский научно-практический центр
лабораторных исследований Департамента
здравоохранения города Москвы»



КУРС НА РАЗВИТИЕ

Новые вызовы



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы

- Централизация без потери качества процессов;
- Автоматизация, внедрение роботов;
- Инновации и научный прогресс;
- Самообеспечение в условиях нестабильного рынка;
- Интеграция ВКК в СМК.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

- В основе гибкое планирование, упрощенная система согласования контроля изменений;
- Пристальное внимание к рискам (Перечень рисков, модифицированный анализ видов и последствий отказов).



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы



Автоматизация. Системы. Роботы.



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы

- Обезбумаживание;
- Разработка и валидация систем для внутренних потребностей;
- Замена людей роботами в рутинных процессах (переноска и сортировка образцов).



ИННОВАЦИИ. НАУКА.



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы




Разработка научной
стратегии учреждения



Научное сотрудничество
и партнерства



Привлечение внебюджетного
финансирования



Организация
конференций и семинаров



Организация и
координация НИОКР



Внедрение результатов
исследования



Публикационная и
патентная активность



Научно-аналитическая
работа





ИННОВАЦИИ. НАУКА.



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы



Анализ
с помощью ИИ

23.12.2024 22:36	Хромогенный агар для мочи	UR2412kx_565_2	Есть				Proteus mirabilis	10 ⁵	Ожидает	Не определено
23.12.2024 22:36	Хромогенный агар для мочи	UR2411kx_19922_2	Есть				Proteus mirabilis	10 ⁵	Ожидает	Не определено
23.12.2024 22:31	Хромогенный агар для мочи	UR2411kx_19323_2	Есть				Proteus mirabilis	10 ⁵	Ожидает	Не определено
23.12.2024 22:30	Хромогенный агар для мочи	UR2411kx_20479_2	Есть				Proteus mirabilis	10 ⁵	Ожидает	Не определено
23.12.2024 22:29	Хромогенный агар для мочи	UR2411kx_18994_2	Есть				Proteus mirabilis	10 ⁵	Ожидает	Не определено
23.12.2024 22:05	Хромогенный агар для мочи	UR2411kx_17747_2	Есть				Proteus mirabilis	10 ⁵	Ожидает	Не определено



САМООБЕСПЕЧЕНИЕ и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- Соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 13485;
- Собственная производственная линия;
- Контрактное производство, соглашения по качеству в рамках 44 ФЗ.



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы




Внутренний контроль качества, интеграция в СМК.



Центр
Лабораторных
Исследований

Департамент здравоохранения г. Москвы





**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ**

